



IPAC  
acreditação

L0268  
Ensaios

Laboratório de Ensaios Físicos

# Certificado de Verificação

Organismo de Verificação Metrológica

Despacho I.P.Q. 2707/2015

Verificação Periódica - Controlo Metrológico de EQUIPAMENTO DE PESAGEM

DATA: 09-05-2017

VSCM68/17

SELO Nº 46420-17

Pelo presente certifica-se que o instrumento abaixo identificado, foi sujeito à operação de controlo metrológico acima indicada, encontrando-se o mesmo nos ensaios efectuados, e salvo menção expressa no presente certificado e seus anexos, **dentro dos erros máximos admissíveis**, para a sua categoria e classe de exactidão, de acordo com a legislação a si aplicáveis.

<b>EQUIPAMENTO:</b>	EQUIPAMENTO DE PESAGEM - ESCALA DUPLA		
<b>MARCA:</b>	CACHAPUZ	<b>APROVAÇÃO MODELO:</b>	I97-006
<b>MODELO:</b>	EV22	<b>TIPO VERIFICAÇÃO:</b>	Verificação Periódica
<b>Nº DE SÉRIE:</b>	74000172	<b>CLASSE:</b>	III
<b>ALCANCE MÍNIMO:</b>	10000 g	<b>ALCANCE MÁXIMO:</b>	1500000/3000000 g
<b>INDICAÇÃO:</b>	DESCONTÍNUA	<b>EQUILIBRIO:</b>	AUTOMÁTICO
<b>d:</b>	500/1000 g	<b>e:</b>	500/1000 g
<b>CLIENTE:</b>	PALMIRESIDUOS - RESIDUOS E COMBUSTIVEIS LDA ZONA INDUSTRIAL DA CURVACEIRA - ALIJÓ 5070-072 ALIJO		

## RESULTADOS:

<b>LOCAL DO ENSAIO:</b>	INSTALAÇÕES DO CLIENTE
<b>ANÁLISE VISUAL:</b>	CONFORME
<b>FUNCIÓNAMENTO:</b>	CONFORME
<b>ENSAIO DE PESAGEM:</b>	APROVADO
<b>EXCENTRICIDADE:</b>	APROVADO
<b>REPETIBILIDADE:</b>	APROVADO
<b>MOBILIDADE:</b>	APROVADO
<b>RESULTADO FINAL:</b>	<b>APROVADO</b>

## RASTREABILIDADE:

### PADRÃO DE REFERÊNCIA

LM198 - MASSAS DE 1t, CLASSE M1 RASTREADO A MASSCAL
ML0011 - CAIXOTE DE 20kg, CLASSE M1 RASTREADO A ISQ
MLN001 - CONJUNTO DE MASSAS, CLASSE M1 RASTREADO A ISQ

PO.M - DM / MAS 012 Edição B Rev.02

PRÓXIMA VERIFICAÇÃO: 2018

Verificado por

Luís Aguiar Ferreira

Responsável pela Validação

André Ramalho (Responsável Técnico)