



IPAC  
acreditação

L0268  
Ensaios

Laboratório de Ensaios Físicos

# Certificado de Verificação

Organismo de Verificação Metrológica

Despacho I.P.Q. 2707/2015

Verificação Periódica - Controlo Metrológico de EQUIPAMENTO DE PESAGEM

DATA: 09-05-2017

VBAS335/17

SELO Nº 46419-17

Pelo presente certifica-se que o instrumento abaixo identificado, foi sujeito à operação de controlo metrológico acima indicada, encontrando-se o mesmo nos ensaios efectuados, e salvo menção expressa no presente certificado e seus anexos, **dentro dos erros máximos admissíveis**, para a sua categoria e classe de exactidão, de acordo com a legislação a si aplicáveis.

|                        |  |                          |                       |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>EQUIPAMENTO:</b>    | EQUIPAMENTO DE PESAGEM - ESCALA SIMPLES  |                          |                       |
| <b>MARCA:</b>          | CACHAPUZ   | <b>APROVAÇÃO MODELO:</b> | 100-007               |
| <b>MODELO:</b>         | D 400  | <b>TIPO VERIFICAÇÃO:</b> | Verificação Periódica |
| <b>Nº DE SÉRIE:</b>    | T093600523   | <b>CLASSE:</b>           | III                   |
| <b>ALCANCE MÍNIMO:</b> | 400 kg   | <b>ALCANCE MÁXIMO:</b>   | 60000 kg              |
| <b>INDICAÇÃO:</b>      | DESCONTÍNUA  | <b>EQUILIBRIO:</b>       | AUTOMÁTICO            |
| <b>d:</b>              | 20 kg  | <b>e:</b>                | 20 kg                 |
| <b>CLIENTE:</b>        | PALMIRESIDUOS - RESIDUOS E COMBUSTIVEIS LDA<br>ZONA INDUSTRIAL DA CURVACEIRA - ALIJÓ - ALIJO<br>5070-072 ALIJO |                          |                       |

## RESULTADOS:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>LOCAL DO ENSAIO:</b>   | INSTALAÇÕES DO CLIENTE |
| <b>ANÁLISE VISUAL:</b>    | CONFORME               |
| <b>FUNCIÓNAMENTO:</b>     | CONFORME               |
| <b>ENSAIO DE PESAGEM:</b> | APROVADO               |
| <b>EXCENTRICIDADE:</b>    | APROVADO               |
| <b>REPETIBILIDADE:</b>    | APROVADO               |
| <b>MOBILIDADE:</b>        | APROVADO               |
| <b>RESULTADO FINAL:</b>   | <b>APROVADO</b>        |

## RASTREABILIDADE:

### PADRÃO DE REFERÊNCIA

|  |
|--|
| LM198 - MASSAS DE 1t, CLASSE M1 RASTREADO A MASSCAL    |
| ML0011 - CAIXOTE DE 20kg, CLASSE M1 RASTREADO A ISQ    |
| MLN001 - CONJUNTO DE MASSAS, CLASSE M1 RASTREADO A ISQ |

PO.M - DM / MAS 012 Edição B Rev.02

PRÓXIMA VERIFICAÇÃO: 2018

Verificado por

Luís Aguiar Ferreira

Responsável pela Validação

André Ramalho (Responsável Técnico)