



IPAC
acreditação

L0268
Ensaios

Laboratório de Ensaios Físicos

Certificado de Verificação

Organismo de Verificação Metrológica

Despacho I.P.Q. 2707/2015

Verificação Periódica - Controlo Metrológico de EQUIPAMENTO DE PESAGEM

DATA: 09-05-2017

VSCM69/17

SELO Nº 46421-17

Pelo presente certifica-se que o instrumento abaixo identificado, foi sujeito à operação de controlo metrológico acima indicada, encontrando-se o mesmo nos ensaios efectuados, e salvo menção expressa no presente certificado e seus anexos, **dentro dos erros máximos admissíveis**, para a sua categoria e classe de exactidão, de acordo com a legislação a si aplicáveis.

EQUIPAMENTO:	EQUIPAMENTO DE PESAGEM - ESCALA SIMPLES		
MARCA:	CACHAPUZ	APROVAÇÃO MODELO:	I10-002
MODELO:	T101 S	TIPO VERIFICAÇÃO:	Verificação Periódica
Nº DE SÉRIE:	215625	CLASSE:	III
ALCANCE MÍNIMO:	20000 g	ALCANCE MÁXIMO:	2000000 g
INDICAÇÃO:	DESCONTÍNUA	EQUILIBRIO:	AUTOMÁTICO
d:	1000 g	e:	1000 g
CLIENTE:	PALMIRESIDUOS - RESIDUOS E COMBUSTIVEIS LDA ZONA INDUSTRIAL DA CURVACEIRA - ALIJÓ 5070-072		

RESULTADOS:

LOCAL DO ENSAIO:	INSTALAÇÕES DO CLIENTE
ANÁLISE VISUAL:	CONFORME
FUNCIÓNAMENTO:	CONFORME
ENSAIO DE PESAGEM:	APROVADO
EXCENTRICIDADE:	APROVADO
REPETIBILIDADE:	APROVADO
MOBILIDADE:	APROVADO
RESULTADO FINAL:	APROVADO

RASTREABILIDADE:

PADRÃO DE REFERÊNCIA

LM198 - MASSAS DE 1t, CLASSE M1 RASTREADO A MASSCAL
ML0011 - CAIXOTE DE 20kg, CLASSE M1 RASTREADO A ISQ
MLN001 - CONJUNTO DE MASSAS, CLASSE M1 RASTREADO A ISQ

PO.M - DM / MAS 012 Edição B Rev.02

PRÓXIMA VERIFICAÇÃO: 2018

Verificado por

Luís Aguiar Ferreira

Responsável pela Validação

André Ramalho (Responsável Técnico)